



Факултет медицинских наука  
Универзитета у Крагујевцу  
ул. Светозара Марковића бр. 69  
Крагујевац  
Број: 03-293  
Датум: 15.01.2014. године  
[www.medf.kg.ac.rs](http://www.medf.kg.ac.rs)

**Предмет: Појашњење Конкурсне документације у вези ЈНМВ. бр. 26-2013**

Поводом Вашег захтева за појашњењем конкурсне документације за предмет јавне набавке мале вредности „ Аутоклав“ ЈНМВ. бр. 26-2013 дајемо Вам следеће појашњење:

**Питање број 1:** У делу Конкурсне документације наводи се „ Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Доказ је да понуђач има важећу дозволу за стављање у промет медицинског средства која је издата од стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије“. Да ли је довољно да се достави дозвола надлежног органа за стављање у промет медицинских средстава да би се задовољио Ваш захтев?

**Одговор на питање број 1:** Као доказ да понуђач испуњава услов из тачке 5. потребно је доставити важећу дозволу за стављање у промет медицинског средства које је предмет јавне набавке (аутоклав).



Факултет медицинских наука  
Универзитета у Крагујевцу  
ул. Светозара Марковића бр. 69  
Крагујевац  
Број: 03-169  
Датум: 13.01.2014. године  
[www.medf.kg.ac.rs](http://www.medf.kg.ac.rs)

**Предмет: Појашњење Конкурсне документације у вези ЈНМВ. бр. 26-2013**

Поводом Вашег захтева за појашњењем конкурсне документације за предмет јавне набавке мале вредности „ Аутоклав“ ЈНМВ. бр. 26-2013 дајемо Вам следеће појашњење:

**Питање број 1:** На страни 5. Конкурсне документације у делу где стоји Основне техничке карактеристике које мора да испуни предметни аутоклав, под тачком 9. наводите: „ Опциони штампач који може да штампа датум време и процесне параметре. Ако мора да се испуни тај део како може опционо да се нуди, или је у понуди или није ако већ наводите да то мора да се понуди?

**Одговор на питање број 1:** Понуда мора да садржи штампач.

**Питање број 2:** На страни 5. Конкурсне документације у делу додатна опрема под ставком 1. наводите да тражите и уређај за паковање стерилисаних инструмената. Који су то инструменти и да ли се пакују у кесе које имају папирну основу или?

**Одговор на питање број 2:** Додатна опрема се односи на уређај за паковање инструмената у фолије (пакерица), и у које ће се паковати разни инструменти који се могу користити у стоматологији, а које треба сачувати у стерилисаном стању у одређеном временском интервалу.

**Питање број 3.** На страни број 5. Конкурсне документације у делу Информације о аутоклаву које је потребно унети, тотално је нејасно да ли нудити оно што тражите у ставкама 2 и 5. Уколико се понуде касете или носачи касета, а то није обавезно како ћете бодовати оне који нису понудили у односу на оне које јесу, пошто ће то утицати на цену. Објасните да ли нуду касете и носаче касета. Исто се односи и на ставку под редним бројем 5. Пошто није наведена никаква техничка спецификација тако да остаје нејасно шта понудити?

**Одговор на питање број 3.** Ставка 2. Понуда треба да садржи носач касета и касете које одговарају понуђеном аутоклаву. Ставка 5. Зависи од тога како се аутоклав напаја водом. Сходно наведеном дошло је до Измене и допуне Конкурсне документације у смислу прецизних техничких карактеристика.



Факултет медицинских наука  
Универзитета у Крагујевцу  
ул. Светозара Марковића бр. 69  
Крагујевац  
Број: 01-103  
Датум: 09.01.2014. године  
[www.medf.kg.ac.rs](http://www.medf.kg.ac.rs)

**Предмет: Појашњење Конкурсне документације у вези ЈНМВ. бр. 26-2013**

Поводом Вашег захтева за појашњењем конкурсне документације за предмет јавне набавке мале вредности „ Аутоклав“ ЈНМВ. бр. 26-2013 дајемо Вам следеће појашњење:

**Питање број 1:** На страни 5. Конкурсне документације као додатна опрема тражили сте:  
- Уређај за паковање стерилисаних инструмената. Уређај је потребан како би се опрема након процеса стерилизације сачувала од контаминације и остала стерилисана у одређеном временском интервалу. Да ли се ово односи баш на уређај који пакује стерилисане производе у кесе, попут силера или се ово односи на добоше за стерилизацију или касете за стерилизацију ( перфориране или не)?

**Одговор на питање број 1:** Односи се на уређај који пакује у кесе.

**Питање број 2:** На страни 5. Информације о аутоклаву које је потребно унети. Под ставком 3 – димензије и број касета које могу истовремено да се ставе у аутоклав. Да ли се мисли на перфориране касете или касете од прохрома без перфорација?

**Одговор на питање број 2:** Мисли се на касете од прохрома без перфорација.

**Питање број 3.** На страни број 5. Конкурсне документације Наручилац у табели III врсте, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, рок испоруке добара, место испоруке – Информације о аутоклаву које је потребно унети – под ставком 2. стоји: Да ли понуда обухвата и пратећу опрему као што је носач касета, касете итд. Да ли је за Наручиоца прихватљиво понудити добоше уместо касета, имајући у виду да им је функција у потпуности идентична, а уједно конкурентност подиже на значајно виши ниво?

**Одговор на питање број 3.** Функција добоша и касета није у потпуности идентична јер служе за различите врсте инструмената, односно материјала. У нашем сличају потребније су и функционалније касете, којима се могу преносити ситнија инструмента и тацне а у добошима то није изводљиво.

**Питање број 4.** Да ли је могуће понудити аутоклав са пречником коморе од 240мм с обзиром да остале карактеристике задовољавају ваше захтеве ( запремина ...)?

**Одговор на питање број 4:** Да, уколико има адекватну пратећу опрему, добош и касету који могу да се уклопе у ту димензију. У том смислу, Наручилац ће у измењеној Конкурсној документацији предвидети да димензије коморе буду минимум: пречник 240 мм, дубина 400мм.



Факултет медицинских наука  
Универзитета у Крагујевцу  
ул. Светозара Марковића бр. 69  
Крагујевац  
Број: 01-27  
Датум: 06.01.2014. године  
[www.medf.kg.ac.rs](http://www.medf.kg.ac.rs)

**Предмет: Појашњење Конкурсне документације у вези ЈНМВ. бр. 26-2013**

Поводом Вашег захтева за појашњењем конкурсне документације за предмет јавне набавке мале вредности „ Аутоклав“ ЈНМВ. бр. 26-2013 дајемо Вам следеће појашњење:

**Питање број 1:** На страни 5. информације о аутоклаву које је потребно унети под 2. Наручилац пита следеће. 2. Да ли понуда обухвата и пратећу опрему као што је носач касета, касете итд. Уколико понуда не обухвата касете, да ли ће бити прихватљива?

**Одговор на питање број 1:** Понуда неће бити прихватљива ако не обухвата касете.

**Питање број 2:** На страни 5 Конкурсне документације наручилац у табели III врсте, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, рок испоруке добара, место испоруке информације о аутоклаву које је потребно унети – под ставком 5 стоји: Да ли понуда обухвата деминерализатор воде или дестилатор воде. Ако понуда не обухвата деминерализатор или дестилатор воде да ли ће бити прихватљива, или је неопходно у понуду укључити деминерализатор или дестилатор воде?

**Одговор на питање број 2:** Неопходно је у понуду укључити деминерализатор или дестилатор воде.