

Факултет медицинских наука  
Универзитета у Крагујевцу  
ул. Светозара Марковића бр. 69  
К р а г у ј е в а ц  
Број одлуке: 03- 5603  
Датум: 28.05.2014. године

**ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке у отвореном поступку „Потрошни медицински материјал“ број 7-2015**

Поводом вашег захтева за појашњењем конкурсне документације за партију 12. дајемо вам следеће појашњење:

**Питање 1.** Ставка бр 4.- Да ли су Вам поребне клеме, тј. хватаљке за бирете, ерленмајере или тиквице?

**Одговор:** Понудити клеме за бирете.

**Питање 2.** Ставка бр 5.- Да ли Вам је потребна једнострука или двострука муфа?

**Одговор:** Потребно је понудити једноструке муфове.

**Питање 3.** За ставке бр.14, 15, 28. и 29. морате прецизирати да ли Вам требају балони округло или равно дно?

**Одговор:** Код свих наведених ставки потребно је понудити балоне са округлим дном.

**Питање 4.** Ставка 26. Сокслет екстрактор са НБ 45/40 може бити у запреминама 100 и 250мл, која од ових запремина је прихватљиво понудити?

**Одговор:** Одговарајуће је понудити од 250 мл.

**Питање 5.** Ставка 27. Кондензатор за Сокслет екстрактор са НБ45/40 може бити дужине 300 или 400мм (при чему дужина 300мм одговара екстрактору запремине 100мл а дужина 400мм одговара запремини 250мл). Молим да прецизирате дужину екстрактора.

**Одговор:** За понуђени ескалатор понудити одговарајући кондезатор, односно кондензатор дужине од 400 мм.

**Питање 6.** Ставка 19. Молим да наведете пречник гуменог чепа или за које епрувете би га користили (пречник епрувета) како би били у могућности да одговоримо на Ваш захтев?

**Одговор:** Пречник гуменог запушача је  $\varnothing 16,5/20$ .